

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі –
ПОСЛУГ З КАЛІБРУВАННЯ**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним

словником: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка/калібрування медичного обладнання у закладах охорони здоров'я (код 50433000-9 - Послуги з калібрування); ДК 021:2015:50430000-9
Послуги з ремонтування та технічного обслуговування високоточного обладнання

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-28-006480-a

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для виконання завдань та функцій ДУ «Чернівецького ОЦКПХ», а саме лабораторних підрозділів, Замовник повинен, зокрема, забезпечити необхідними відкаліброваними засобами вимірювальної техніки з метою підготовки лабораторій відділу досліджень біологічних факторів до первинної акредитації Медичної лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO 15189:2015 Медичні лабораторії.

Обґрунтування обсягів закупівлі та розміру бюджетного призначення: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування. Очікуваний розмір бюджетного призначення на 2023 рік за бюджетною програмою 2301040 - Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», становить 49000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: Очікувана вартість обрахована відповідно до проаналізованих нами пропозицій підприємств, які подають послуги з калібрування та повірки та вирішили, що середня вартість послуг складає 49 000 грн (сорок дев'ять тисяч грн 00коп)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей засобів вимірювальної техніки (які потребують калібрування), що обліковуються на балансі Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Якість наданих послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наказу Міністерства розвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що потребує в експлуатації, та оформлення її результатів № 193 від 08.02.2016р. ДСТУ ISO/EC

17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документом.

Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Місце надання послуг: м. Чернівці, вул. Гакмана Євгена Митрополита буд. 7, ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) , що експлуатуються МОЗ України та потребують калібрування у 2023 р.

№з/п	Найменування, тип, умовне позначення ЗВТ	Кількість одиниць
1	Калібрування: Центрифуги	12/шт
2	Калібрування: Камери тепла і холоду	5/шт
3	Калібрування: Дозатори піпеткові	26/шт
4	Калібрування: Дозатори піпеткові. За додатковий канал.	12/шт
5	Калібрування: Термометри скляні лабораторні електроконтактні та манометричні від мінус 30 до 100 С (до 3-х точок)	16/шт
6	Калібрування: Гігрометри психрометричні	3/шт
7	Калібрування: Ваги лабораторні електронні (до 5-ти точок)	2/шт
8	Калібрування: Гирі класу точності F1, F2, F3 (2, 3 кл.)	18/шт
9	Калібрування: Стерилізатори парові	4/шт
10	Калібрування: Манометри, мановакуумметри до 2,0 МПа (показуючі електроконтактні та ін.) (до 5-ти точок)	1/шт
11	Калібрування: Гирі класу точності M1 (4 кл.) до 1000г	12/шт
12	Калібрування: Імуноферментні аналізатори (для однієї довжини хвилі)	3/шт
13	Калібрування: Імуноферментні аналізатори (за кожну додаткову довжину хвилі)	3/шт
14	Транспортні витрати, витрати на відрядження, тощо	

